



רשומות

קובץ התקנות

17 ביולי 2014

7397

י"ח בתמוז התשע"ד

עמוד

1508	תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקון), התשע"ד-2014
1509	תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקון), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-13 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הכלכלה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1. בתקנה 9 לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998², אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א) על מוסד מהמוסדות האמורים בתקנת משנה (א) יחולו, נוסף על הוראות תקנות אלה, ההוראות המפורטות להלן:

(1) המוסד יבטיח את קיומן של פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות אחת לשנה לפחות; פעולות כאמור יכול שיעשו באמצעי טכנולוגי כגון לומדה ממוחשבת;

(2) המוסד יביא לידיעת כל תלמיד, סטודנט ועובד חדשים את הוראות החוק, התקנות והתקנון וכן מידע לגבי אופן הגשת התלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות ושירותי סיוע לעניין הטרדה מינית והתנכלות;

(3) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 4, במוסד שבו מעל אלפיים לומדים בשנת לימודים, ימונו שני אחראים לפחות שיימנו על סוג שונה של עובדים; לעניין זה – "סוג עובדים" – כל אחד מאלה: סגל אקדמי, סגל מינהלי, וכן תלמידים וסטודנטים מהמוסד;

"סגל" – לרבות סגל שפרש לגמלאות;

(4) אחראי במוסד שמונה לפי תקנה 4 או לפי תקנה זו, יעבור בסמוך למינויו השתלמות בהיקף שלא יפחת מ-18 שעות, שתעסוק בין השאר במהות התפקיד, הכרת החוק למניעת הטרדה מינית, דרכי מניעה ואופן הטיפול בתלונות;

(5) מוסד כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007³ (להלן – ההגדרה), יגיש אחת לשנה לרשות לקידום מעמד האישה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, דין וחשבון ובו פירוט לגבי הפעולות השונות שנקט המוסד למניעת הטרדה מינית בתחומו וכן מספר התלונות שהוגשו לאחראי במוסד ואופן הטיפול בהן; בדין וחשבון האמור לא ייכללו פרטי מידע שיאפשרו את זיהוי המתלונן, הנילון ואנשים אחרים המעורבים בתלונה; מוסד המנוי בפסקאות של ההגדרה המפורטות להלן, לרבות מכינה אקדמית הפועלת במסגרתו, יעביר העתק של הדין וחשבון גם לגוף המנוי לצדו:

(1) פסקאות (1) עד (4) – למועצה להשכלה גבוהה;

(2) פסקה (5) – למשרד הכלכלה;

(3) פסקה (6) – למשרד החינוך;

(4) פסקה (8) – למשרד התרבות והספורט.

ז' בסיוון התשע"ד (5 ביוני 2014)

(חמ 2860-3)

ציפי לבני
שרת המשפטים

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

² ק"ת התשנ"ח, עמ' 1132.

³ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2 ו-6 לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008' (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והבריאות של הכנסת, ולעניין תקנה 2 בהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"חוק ציוד רפואי" – חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012¹;

"המנהל" ו"הפנקס" – כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;

"תעודת הרישום" – כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.

2. מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס מכשירי החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום והוא יהיה נייד וקל לנשיאה.
3. (א) מחזיק מקום ציבורי יציב מכשירי החייאה אחד לפחות במיקום מרכזי ונגיש במקום הציבורי שבהחזקתו.
- (ב) מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי שבהחזקתו יותר ממכשירי החייאה אחד במיקום מרכזי ונגיש, בהתקיים אחד מאלה:
- (1) בבניין שבו יותר מקומה אחת יוצב מכשירי החייאה אחד לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתיהן יחד כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום;
- (2) בקומה שאורכה עולה על 300 מטרים, ומספר המבקרים באותה קומה כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום, יוצבו כמה מכשירי החייאה כך שהמרחק בין מכשירי החייאה אחד למכשירי החייאה הסמוך לו לא יעלה על 300 מטרים.
- (ג) במקום ציבורי שבו קיימת עמדת עזרה ראשונה, יוצב מכשירי החייאה אחד מתוך מכשירי ההחייאה שקיימת חובה להציבם על פי תקנות משנה (א) או (ב). בסמוך לעמדת העזרה הראשונה ובלבד שהיא מצויה במקום מרכזי ונגיש.
4. (א) מחזיק מקום ציבורי יציב את מכשירי ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשירי החייאה (להלן – עמדת מכשירי החייאה). שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשירי ההחייאה בקלות; עמדת מכשירי החייאה תוצב בגובה שלא יעלה על 150 סנטימטרים ולא יפחת מ-120 סנטימטרים מגובה הרצפה.
- (ב) מחזיק מקום ציבורי יציב שלט על עמדת מכשירי ההחייאה או לצדה בהתאם לתרשים שבתוספת הראשונה.
5. מחזיק מקום ציבורי יציב שלט המכוון אל מכשירי ההחייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השנייה בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין על פי האמור להלן:
- (1) במקום ציבורי במבנה – בכל קומה, בין אם הוצבה בה עמדת מכשירי החייאה, ובין אם לאו באופן שהמרחק בין שלט לשלט בכל קומה לא יעלה על 150 מטרים;
- (2) במקום ציבורי שאינו במבנה – בכניסה אליו.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 680; התשע"ב, עמ' 442.

² ס"ח התשע"ב, עמ' 394.

6. הוראות נוספות לעניין השילוט
מחזיק מקום ציבורי ידאג כי בשלט לפי תקנות 4(ב) ו-5 יתקיימו כל אלה:
(1) הוא עשוי חומר קשיח;
(2) הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנועה;
(3) אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר.
7. הוראות הפעלה
מחזיק מקום ציבורי יתקין בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, הוראות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השלישית, שבראשן יצוין כי הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר.
8. בדיקות תקינות תקופתיות
(א) מחזיק מקום ציבורי ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.
(ב) מחזיק מקום ציבורי ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה, אם ישנה, וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר.
(ג) מחזיק מקום ציבורי יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה (ב), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק המקום הציבורי.
(ד) מחזיק מקום ציבורי יציג את תוצאות הבדיקות למפקח שמונה לפי החוק, על פי דרישתו.
9. תצהיר
מחזיק מקום ציבורי ישלח למשרד הכלכלה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בכל שנה, תצהיר חתום ומאומת על ביצוע בדיקות תקינות למכשיר ההחייאה כאמור בתקנות אלה, על פי הנוסח המפורט בתוספת הרביעית.
10. הוראת מעבר
עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (להלן – פנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים) כרשום בפנקס כאמור בתקנה 2, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען בתקנה 8(א); רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי.

תוספת ראשונה

(תקנה 4(ב))


מכשיר החיאה

Defibrillator

جهاز إنعاش

Аппарат для реанимации
(дефибриллятор)

ᠮᠠᠮᠤᠰᠢᠷ ᠬᠢᠴᠢᠰ



101

40 סנטימטרים

40 סנטימטרים

תוספת שנייה

(תקנה 5)

מכשיר החייה


Defibrillator

جهاز إنعاش

Аппарат для реанимации

(дефибриллятор)

פ.פ.ר.ל.א.ט.



101

40 סנטימטרים

40 סנטימטרים

תוספת שלישית

(תקנה 7)

השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים

עברית	ערבית	אנגלית	רוסית	אמהרית
הוראות פעולה לטיפול באדם הלוקה בלבו	تعليمات التعامل مع شخص يعاني من جلطة في القلب	Instructions for action for an individual undergoing a heart attack	Инструкции по оказанию помощи при сердечном приступе	የልብ ድካም ችግር ለተፈጠረበት ግለሰብ ስለሚወሰድ እርምጃ መመሪያ
הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר	يتم تشغيل الجهاز بيد شخص صاحب المعرفة بتشغيل الجهاز.	Operation of the equipment is by those who have the knowledge	Пользоваться аппаратом для реанимации может человек имеющий знания по его применению	መሳሪያውን መጠቀም የሚችሉት አጠቃቀሙን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው
אם הנפגע אינו מגיב ואינו נושם –	إذا لم يستجب ولم يتنفس المصاب	If the casualty does not respond and does not breath	Если пострадавший не реагирует и не дышит:	በሞት አደጋ ላይ ያለው ግለሰብ ምላሽ ካልሰጠ፡
1. קרא לעזרה – חייג 101	1. أطلب مساعدة إتصل 101	1. Dial 101 for assistance	1. Позвоните в службу скорой помощи по номеру 101	እገዛ ለማግኘት ወደ 101 ይደውሉ።
2. דאג להבאת מכשיר החייה (דפיברילטור)	2. عليك الاهتمام بإحضار جهاز الإنعاش (دفيبريلطور)	2. Make sure to bring in the defibrillator.	2. Организуйте доставку аппарата для реанимации ((дефибриллятора к месту нахождения пострадавшего.	ዲፍብሪላተሩን ይዘው መምጣት ለቅድመ እርግጠኛ ይሁኑ።
3. עד להגעת מכשיר ההחייאה, החל בביצוע עיסויי חזה, לחץ מהר ועמוק במרכז בית החזה	3. حتى إحضار جهاز الإنعاش, ابدأ بعمل تدليك للصدر, اضغط بسرعة وعميقاً في مركز الصدر	3. Until the defibrillator arrives start chest compressions, rapid and deep pressure to the centre of the chest	3. До прибытия аппарата дефибриллятора начните массаж сердца путем быстрых и глубоких нажатий на центр грудной клетки пострадавшего.	ዲፍብሪላተሩ እስከሚመጣ ድረስ ደረትን መጫን፣ በደረት መሃል ላይ በፍጥነት እና በሃይል መግፋት ይጀምሩ።
4. עם הגעת מכשיר ההחייאה, הפעל אותו ופעל בהתאם להנחיות המכשיר	4. عند إحضار جهاز الإنعاش, قم بتشغيله ونفذ حسب التعليمات على الجهاز	4. On arrival of the defibrillator activate and act according to the equipment guidelines	4. Подключите аппарат к пострадавшему и действуйте в соответствии с инструкциями озвучиваемыми аппаратом.	ዲፍብሪላተሩ ሲመጣ ያስጀምሩት እና በመሳሪያው የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት ይፈጽሙ።

תוספת רביעית

(תקנה 9)

לכבוד משרד הכלכלה

תצהיר

אני הח"מ מס' ת"ז , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי מכשיר ההחייאה שברשותי הוא ציוד רפואי רשום בהתאם לחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012 / רשום בפנקס האבזורים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו) וכי הוא הותקן על פי דרישות כל דין, ונבדק מדי שבוע בשנה האחרונה על ידי אחראי שמיניתי בהתאם לתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014. כמו כן, אני מצהיר כי המכשיר נבדק בתאריך בהתאם לתנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזורים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו, או בהתאם לתעודת הרישום עם כניסתו של חוק ציוד רפואי לתוקף. בדיקת המכשיר נעשתה על ידי ספק המכשיר / יצרן המכשיר / יבואן המכשיר / גורם אחר: בהתאם לתנאי הרישום הללו. מצ"ב אישור הגורם שבדק את תקינות המכשיר על ביצוע הבדיקה. כמו כן אני מצהיר בזה כי המכשיר תקין כעת וכל ליקוי אשר התגלה בו כתוצאה מבדיקות תקינות אלה במהלך השנה האחרונה תוקן בהתאם לתעודת הרישום.

להלן פרטי המכשיר:

סוג המכשיר

כתובת המקום הציבורי שבו הוא מותקן

שם האחראי שמונה על ידי

תאריך חתימה חותמת

אני הח"מ, עורך/ עורכת דין, מאשר/ת בזה כי ביום הופיע לפני שזיהיתי אותו על ידי תעודת זהות מס' ולאחר שהוזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפני.

תאריך חתימה חותמת

כ"ז בסיוון התשע"ד (25 ביוני 2014)

(חמ 4101-3)

נפתלי בנט
שר הכלכלה